

2019г

ВНИИОФИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Осерная, 46; Телефон: 0(495) 437 56 33; Факс: 0(495) 437 31 47; E-mail: vniofi@vniofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 2473/18-M

Действительно до
« 09 » апреля 2019 г.

Средство измерений Термометры медицинские электронные инфракрасные
серии WF модель WF-5000

наименование, тип, модификация,
ГСИ № 55542-13

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в составе эталона входят несколько самостоятельных измерительных блоков, они приводятся их перечнем и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **1802N00001-1802N03000**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование эталона, диапазона, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **ГРЭ единицы температуры 3-го разряда**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

3.1.ZZA.0007.2015

или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 24,0 °С,**
относительная влажность 65 %; атмосферное давление 99,3 кПа

приводятся перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 10 » апреля 2018 г.



[Signature]
Подпись

[Signature]
Подпись



С.Н. Негода


Инициалы, фамилия

И.Н. Швалева

Инициалы, фамилия



по № XVIII 000625



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ РЗН 2013/1078

от 29 августа 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

«Би. Велл Свисс АГ», Швейцария,
B.Well Swiss AG, Gartenstrasse 9a, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland

и подтверждает, что медицинское изделие

Термометры медицинские электронные инфракрасные серии WF
модели: WF-3000, WF-4000, WF-5000

производства:

«Би. Велл Свисс АГ», Швейцария,

B.Well Swiss AG, Gartenstrasse 9a, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland
место производства:

AVITA (Wujiang) Co., Ltd., No. 858, Jiao Tong Road, Wujiang Economic
Development Zone, JiangSu Province, China

Shenzhen TSGE Electronics Co., Ltd., 3/F, No.78 Building, No.9 Daxin Road,
Majialong Industrial Park, Naoshan District, Shenzhen, China.

класс потенциального риска 2a

ОКП 94 4120

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № 41581 от 27.11.2012

приказом Росздравнадзора от 29 августа 2013 года № 4461-П/13
допущено к обращению на территории Российской Федерации



Врио руководителя Федеральной
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0002770